

Reinigungsauftrag & Begleitformular

Ihre Kunden-Nr.:

Sanitätshaus:

Straße:

PLZ, Ort:

Ansprechpartner:

Telefon:

E-mail:

Lieferanschrift (falls abweichend):

Sanitätshaus:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ, Ort:

Eingesandter Artikel:

MED AIRE

GRAVIMED

FREMDPRODUKT

Seriennummer Aggregat

Seriennummer Matratze / Auflage

Hauseigene Ident.- / Registrier-Nr.

Kommission:

Anzahl eingesandter Positionen insg.

Modellbezeichnung

Wave DuoWave FlexWave

Multiflexx Protexx Simplexx Baritexx

(Bitte Hersteller und Modell eintragen)

Ihr Auftrag an uns:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Aufbereitung für Wiedereinsatz

Aufbereitung für Wiedereinsatz inkl. STK

Besteht ein Defekt/Fehlfunktion? Bitte kurz beschreiben:

Falls bei Aufbereitung ein Defekt festgestellt wird:

KV erstellen System unrepariert zurück

Datum, Firma, Unterschrift:

DETAILLIERTE INFORMATIONEN

Die Aufbereitung von Anti-Dekubitus-Systemen zum sofortigen Wiedereinsatz umfasst folgende Leistungen:

- / fachgerechte Reinigung inkl. Desinfektion
- / professionelle Überprüfung (Sicht- und Funktionsprüfung)
- / Ggf. Sicherheitstechnische Kontrolle
- / Ggf. Durchführung aller erforderlichen Reparaturen
- / Überprüfung und ggf. Erneuerung der Kennzeichnung
- / Neubestückung mit Gebrauchsanweisung (nur Produkte von Drive DeVilbiss)
- / Hygiene-Zertifikat
- / Rücktransport zum Kunden

SO FUNKTIONIERT'S:

1. Für jedes zu reinigende Anti-Dekubitus-System bitte je ein „Clever Clean“ Formular komplett ausfüllen. Hiermit erteilen Sie uns den Reinigungsauftrag.
2. Die zu reinigende Ware zusammen mit dem(n) Formular(en) verpacken. Bitte auf sach- und transportgerechte Verpackung (ideal: Originalverpackung) achten, um Transportschäden zu vermeiden.
3. Bei kontaminierter Ware bitte zusätzlich das Formular **„Erklärung zur Kontamination von Medizinprodukten“** ausfüllen und außen am Paket anbringen.
4. Den Karton an uns schicken:
Adresse: **Drive Medical GmbH & Co. KG**
Leutkircher Straße 44, 88316 Isny/Allgäu
5. Sobald die Ware bei uns eintrifft führen wir Ihren Auftrag schnell und gewissenhaft aus.
6. Anschließend erhalten Sie Ihr eingeschicktes Anti-Dekubitus-System per Paketdienst zurück.

7. Ist Ihr Anti-Dekubitus-System nicht mehr aufzubereiten oder zu reparieren, informieren wir Sie, und Sie entscheiden über Verschrottung oder Rückversand.
8. Produkte von Drive DeVilbiss, welche älter als 7 Jahre sind, werden nicht aufbereitet. MED AIRE Aggregate können bei allen kommunalen Entsorgern kostenfrei abgegeben werden. Hier haben wir als Hersteller bereits die Abgaben zur ordnungsgemäßen Verschrottung beim Verkauf geleistet. Alle MED AIRE Auflagen und GRAVIMED Matratzen können ebenfalls bei den kommunalen Entsorgern gegen Gebühr abgegeben werden.
9. Die Formulare können Sie auf unserer Website herunterladen: www.drivemedical.de/cleverclean

IHRE VORTEILE:

- / Einhaltung der strengen gesetzlichen Anforderungen (MPG) bei der Aufbereitung
- / Sie reduzieren Ihren Personal- und Sachaufwand und somit Ihre Kosten
- / Schnelle Bearbeitung
- / Fachmännischen Service durch Drive DeVilbiss

Umfassende **Garantieleistungen:**

- a) **Funktionsgarantie:** von 6 Monaten (ab Aufbereitungs-/Reparaturdatum) für jedes Anti-Dekubitus-System, das von uns aufbereitet oder repariert wurde.
- b) **Ersatzteil-Garantie:** von 6 Monaten für jedes von uns im Rahmen einer Aufbereitung/Reparatur eingebaute Ersatzteil.
- c) **Bearbeitungszeit** von 1 Woche ab Wareneingang bei Drive DeVilbiss.